

Nutricia

Nutricia Flocare toedieningssystemen accessoires TRANSITIE ENFIT


Toepassing

Enterale misconnecties komen helaas nog steeds voor en kunnen fataal zijn. Misconnectie tussen enteraal en intraveneus (IV) is de meest voorkomende en heeft een hoog risico voor de patiëntveiligheid. Daarom heeft Nutricia, samen met andere producenten van enterale voedingssystemen, een nieuwe ISO standaard voor enterale connectoren ontwikkeld onder de naam ENFit[®].

Om te zorgen dat uw patiënt of bewoner altijd sondevoeding toegediend kan krijgen zijn er verschillende connectoren verkrijgbaar

Productinformatie

- Enlock connectie
- Orale spuit connector
- Enlock/Funnel connector
- Orale/Luer spuit connector
- 5 Step connector voor Enlock/Funnel tube



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036402	NUTRICIA TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL 589732	5 st.	6 x 5 st.	16172965	
3038835	NUTRICIA TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK 89734 STERILE	5 st.	6 x 5 st.	16173007	
3036403	NUTRICIA TRANSITION CONNECTOR TO LUER TUBE 589733	30 st.	1 x 30 st.	16172981	
3036404	NUTRICIA TRANSITION CONN TO ORAL SYRINGE 589737	5 st.	6 x 5 st.	16173015	
3036405	NUTRICIA TRANSITION CONN ECTOR TO ORAL/LUER SYRINGE 589738	5 st.	6 x 5 st.	16173023	