

MADA Bacteriefilter nr 83

Toepassing

De Mada bacteriefilter heeft een 3D gevormd mondstuk. Door deze vorm sluiten de mond en de filter perfect voor een juiste afdichting.

Kenmerken van de MADA Bacteriefilter nr 83 zijn:

Productinformatie

- De Mada bacteriefilters voldoen aan de hoogte eisen die worden gesteld
- De Mada bacteriefilters zorgen voor een uitstekende bacteriële en virale filtratie, met behoud van een zeer lage weerstand
- Geschikt voor Welch Allyn spirometer
- 100 stuks
- Eenmalig gebruik

Door Welch is aangegeven dat 'een extra fout', welke veroorzaakt wordt door het MADA-filter, lager zal zijn dan 4%. Deze fout zal bijdragen tot een extra fouten-marge in de spirometer. Welch heeft hier inmiddels een software update voor om te herstellen.

Advies van Welch Allyn voor gebruik

Indien men Spirometrie met een MADA83 filter wil gaan opnemen , dan heeft men een andere linearisatie-code (calibration-code) nodig , dan hetgeen op de doos geschreven staat.

Er zijn voor flowtransducers welke geproduceerd zijn na 1 januari 2020 nieuwe linearisatie-codes gemaakt die men dan moet invoeren Van alle flowtransducers welke geproduceerd zijn van voor 1/1/2020 zijn er geen nieuwe linearisatie codes gemaakt.

Wat moet men doen met oude flow-transducers van voor 1/1/2020:

Weggoeien

Een linearisatie-code van een ander lotnummer nemen en accepteren (dat er wellicht een extra fout wordt gemaakt van 0,1% dit is niet gevalideerd)

Contact met WA opnemen indien men nog een dichte doos heeft van 100 flow-transducers waarbij ik een omruil voorstel met minimale bijbetaling (geen additionele flowtransducers maar omruil). Geldig voor de 100-stuks verpakking en geldig tot 1/7/2021

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059915	BACTERIEFILTER, GEBRUIK VOOR WELCH ALLYN SPIROMETER 200059	1 st.	100 x 1 st.		

